


Swing™

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

EN Instructions for use | **RU** Инструкция по применению
HU Használati utasítás | **CZ** Návod k použití
TR Kullanım talimatları | **PL** Instrukcja obsługi



Thank you for choosing the Swing Breastpump. Breastmilk is the natural choice for your baby, but there are reasons and situations where breastfeeding is not possible. For over 50 years, it has been Medela's conviction that these mothers and babies can be supported. In close cooperation with breastfeeding experts, Medela, one of the market leaders, has researched and developed breastpumps that perfectly meet breastfeeding mothers needs. For mothers who insist on the best for their babies and themselves. Because you care.

Благодарим, что Вы приобрели молокоотсос Swing. Материнское молоко – лучшее питание для Вашего ребенка, но существует ряд причин, по которым грудное вскармливание может быть невозможно. Medela, одна из ведущих компаний на рынке продукции по грудному вскармливанию, уже более 50 лет заботится о здоровье мам и малышей. В сотрудничестве с экспертами по грудному вскармливанию и ведущими исследователями в этой области специалисты компании Medela разработали молокоотсосы, которые идеально подходят женщинам, кормящим грудью. Для матерей, которые хотят лучшего для себя и своих детей. «Потому что вам не все равно».

Köszönjük, hogy a Swing mellszívót választotta. Gyermeke számára az anyatej a természetes választás, de adódhatnak olyan körülmények és helyzetek, amikor a szoptatás nem lehetséges. A Medelának már több mint 50 éve meggyőződése, hogy segíthet ezeknek az anyáknak és gyermekeiknek. Az ágazat egyik piacvezető vállalata, a Medela szoptatási szakértők bevonásával kutatásokat végzett, és olyan mellszívókat fejlesztett ki, amelyek tökéletesen megfelelnek a szoptató anyák igényeinek. Termékeinket azoknak az anyáknak alkottuk meg, akik babáiknak és saját maguknak a legjobbat szeretnék. Mert Önnek fontos.

Děkujeme vám, že jste zvolili odsávačku mateřského mléka Swing. Mateřské mléko je pro vaše dítě přirozenou volbou, ale existují situace, kdy kojení není možné. Již přes 50 let společnost Medela pomáhá těmto matkám a jejich dětem. V těsné spolupráci s odborníky na kojení společnost Medela, jako jedna z předních firem na trhu, zkoumala a vyvinula odsávačky mateřského mléka, které dokonale vyhovují potřebám kojících matek. Pro matky, které vyžadují pro své děti i pro sebe to nejlepší. Because you care.

Swing Süt Pompasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Anne sütü bebeğiniz için en dođal tercihtir; ancak dođrudan emzirmenin mümkün olmadığı durumlar ve nedenler vardır. Medela 50 yılı aşkın bir süredir bu durumdaki anne ve bebekleri desteklemektedir. Medela, pazar liderlerinden biri olarak, emzirme konusunda uzman kişilerle yakın işbirliği içinde, emziren annelerin gereksinimlerini en mükemmel şekilde karşılayan süt pompalarını araştırmakta ve geliştirmektedir. Bebekleri ve kendileri için en iyi çözümü isteyen annelere. Çünkü sizin için önemli.

Dziękujemy za wybranie odciągacza pokarmu Swing. Mleko matki jest najlepsze dla każdego dziecka, jednak czasami z różnych przyczyn bezpośrednie karmienie piersią nie jest możliwe. Już od ponad 50 lat firma Medela z wielkim zaangażowaniem wspiera matki i ich nowonarodzone dzieci w takiej sytuacji. Firma Medela, jeden z liderów rynkowych, przeprowadziła badania we współpracy z ekspertami w dziedzinie karmienia piersią i opracowała odciągacze pokarmu, które są optymalnie dostosowane do potrzeb kobiet karmiących piersią. Dla matek, które pragną tego, co najlepsze dla siebie i swoich niemowląt. Bo Tobie zależy.

Obsah

1. Způsob použití/Cílová skupina – Kontraindikace	83
2. Význam symbolů	84
3. Důležité bezpečnostní informace	86
4. Popis produktu	88
5. Čištění	90
5.1 Před prvním použitím a po každém použití	90
5.2 Před prvním použitím a jednou denně	92
5.3 Čištění motoru	93
6. Příprava na odsávání	94
6.1 Provoz na napájení ze sítě	94
6.2 Provoz na baterie	94
6.3 Sestavení odsávačky	96
7. Odsávání	98
7.1 Příprava na individuální odsávání	98
7.2 Odsávání mateřského mléka	98
8. Skladování a rozmrazování mateřského mléka	102
8.1 Skladování	102
8.2 Zmrazení	102
8.3 Rozmrazování	102
9. Podávání mateřského mléka	103
10. Řešení problémů	104
11. Záruka/likvidace	105
12. Kompletní péče během kojení	106
13. EMC/Technický popis	160
14. Technické specifikace	167

1. Způsob použití/Cílová skupina – Kontraindikace



Způsob použití a indikace odsávaček

Odsávačky jsou určeny pro odsávání mateřského mléka pro maminky v nemocničním nebo domácím prostředí. Přinášejí úlevu při nadměrné tvorbě mléka. V případě mastitidy podporují odsávačky hojení vyprázdněním prsu. Odsávačky slouží jako úleva při bolavých a rozpraskaných bradavkách a jako pomoc v případě plochých nebo vpáčených bradavek. Odsávačky také umožňují podávat mateřské mléko i dětem, které z různých důvodů nelze kojit přímo z prsu, např. kvůli potížím se správnou polohou při kojení, kvůli rozštěpu patra nebo předčasně narozeným dětem.

Cílová skupina

Kojící matky. Pro mnoho matek je pohodlné, nebo dokonce nezbytné, používat odsávačky mléka k odsávání a skladování mateřského mléka poté, co se vrátily do práce, během cestování nebo když jsou jinak odloučeny od svého dítěte. Matky často potěší, když zjistí, že odsávačku je možné použít jako doplněk ke kojení a že některé odsávačky jsou konstruovány tak, že napodobují sání kojence.

Kontraindikace

V souvislosti s odsávačkou Swing nejsou známy žádné kontraindikace.

2. Význam symbolů

Symbol výstrahy označuje všechny pokyny důležité z důvodu bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může vést k poranění nebo k poškození odsávačky! Při použití s následujícími slovy má symbol výstrahy následující význam:



Výstraha

Může způsobit vážný úraz nebo smrt.



Upozornění

Může způsobit menší poranění.



Poznámka

Může způsobit materiální škody.



Informace

Užitečné nebo důležité informace nesouvisející s bezpečností.

Symbole na obalu



Tento symbol označuje, že materiál je recyklovatelný.



Tento symbol označuje kartónový obal.



Tento symbol označuje, že produkt nemá být vystaven slunečnímu světlu.



Tento symbol označuje, že s křehkým produktem se musí manipulovat opatrně.



Tento symbol označuje omezení teplot pro provoz, přepravu a skladování.



Tento symbol označuje omezení vlhkosti pro provoz, přepravu a skladování.



Tento symbol označuje omezení tlaku pro provoz, přepravu a skladování.



Tento symbol označuje, že produkt musí být udržován v suchu.



Tento symbol označuje jedinečné číslo GSI GTIN (Global Trade Item Number).



Tento symbol označuje, že produkt nesmí být likvidován společně s netříděným omunálním odpadem (pouze pro EU).



Tento symbol označuje, že je potřeba dodržovat pokyny k použití produktu.

Symbole na produktu



Tento symbol označuje, že je potřeba dodržovat pokyny k použití produktu.



Tento symbol označuje, že produkt vyhovuje základním požadavkům Směrnice rady 93/42/EEC ze dne 14. června 1993 týkající se zdravotnických prostředků.



Tento symbol označuje výrobce.



Tento symbol označuje, že produkt nesmí být likvidován společně s netříděným komunálním odpadem (pouze pro EU).




Tento symbol označuje, že produkt vyhovuje dalším bezpečnostním požadavkům na zdravotnická elektrická zařízení platným v USA a Kanadě.



Tento symbol označuje použitou část typu BF.



Tento symbol označuje výrobní číslo produktu.



Tento symbol označuje umístění baterie.

IP22

Tento symbol označuje ochranu proti průniku pevných cizích předmětů a proti škodlivým účinkům způsobeným vniknutím vody.



Tento symbol označuje datum výroby (čtyři číslice značí rok a dvě číslice měsíc).

Symboly na síťovém adaptéru



Tento symbol označuje, že síťový adaptér je zařízení třídy II.



Tento symbol označuje vyhovění požadavkům předpisů China Compulsory Certification.



Tento symbol označuje, že síťový adaptér byl testován z hlediska bezpečnosti.



Tento symbol označuje, že síťový adaptér je určen pouze pro použití v interiéru.



Tento symbol označuje, že adaptér vyhovuje bezpečnostním požadavkům platným v USA a Kanadě.



Tento symbol označuje, že adaptér vyhovuje požadavkům úřadu Federal Communications Commission.



Tento symbol označuje polaritu napájecího konektoru.



Tento symbol označuje shodu s regulačními požadavky AUS/NZ (Regulatory compliance mark).



Značka CE označuje shodu s požadavky směrnice pro nízkonapěťová zařízení a elmg. kompatibilitu.



Tento symbol označuje, že produkt nesmí být likvidován společně s netříděným komunálním odpadem (pouze pro EU). Silná čára označuje, že síťový adaptér byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.



Tento symbol označuje shodu s japonskými bezpečnostními požadavky.



Tento symbol označuje shodu s požadavky na energetickou úspornost.



Tento symbol označuje střídavý proud.



Tento symbol označuje stejnosměrný proud.

3. Důležité bezpečnostní informace



Nedodržení těchto pokynů či bezpečnostních informací může vést k tomu, že produkt se stane nebezpečným. Právo na změny vyhrazeno.

Zařízení



Nebezpečí usmrcení el. proudem! Udržujte zařízení v suchu! Nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny!



Odsávačka mateřského mléka Swing není tepelně odolná: udržujte ji mimo dosah radiátorů a otevřeného ohně.



Nevystavujte motor přímému slunečnímu světlu.



Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Neopravujte produkt sami! Žádné úpravy produktu nejsou povoleny.




Poškozený produkt nikdy nepoužívejte. Poškozené nebo opotřebované díly vyměňte.



Provozní životnost odsávačky mateřského mléka Swing je 275 hodin. Životnost je dva roky.

Použití el. zařízení



Odpojení od sítě je zaručeno pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.



Síťový adaptér nikdy nepokládejte na horkou plochu.



Pokud jakékoli elektrické zařízení spadlo do vody, nesahejte pro něj. Okamžitě jej odpojte ze sítě.



Odsávačku zapojenou do el. zásuvky nikdy nenechávejte bez dozoru.

Použití



Odsávačku mateřského mléka Swing používejte pouze k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k použití.



Nepoužívejte elektrické zařízení s poškozenou napájecí šňůrou nebo zástrčkou, zařízení poškozené, nefunkční, pokud spadne na zem nebo do vody.



Odsávačku mateřského mléka Swing nepoužívejte při koupání nebo sprchování.



Odsávačku mateřského mléka Swing nepoužívejte během spánku nebo v případě nadměrné únavy.



Tento výrobek je určen pouze pro jednoho uživatele. Používání více osobami může způsobit ohrožení zdraví.



Při odsávání bez držení odsávačky neřidte vozidlo.



Při použití odsávačky mateřského mléka Swing v přítomnosti dětí je nutný stálý dohled.



V případě výskytu problémů či bolestivosti kontaktujte laktační poradkyni nebo lékaře.



Funkce odsávačky mateřského mléka Swing může být ovlivněna přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními zařízeními.

Důležité:

I Plastové láhve a komponenty mohou být po zmrazení křehké a mohou se při pádu z výšky rozbít.

I Láhve a komponenty se také mohou poškodit při nesprávném zacházení, například při nárazu, po příliš silném utažení nebo převrnutí.

I S láhvemi i s jednotlivými díly manipulujte opatrně.

I Nepoužívejte láhve nebo komponenty, které jsou poškozené.

4. Popis produktu

Náhradní díly a příslušenství, které lze objednat, naleznete na str. 106.

Prsní nástavec PersonalFit™ M, 1 ks
(24mm)

(další velikosti prsních nástavců naleznete v kap. 12, str. 106)

K800.0668

2dílná hlava ventilu, 1 ks

K800.0845

Ventil, 1 ks

K800.0624 včetně 2 bílých membránek K800.0622 bez membránek

Membránka bílá, 2 ks

K800.0623

Láhev, 1 ks

K800.0625

Stojánek na láhev, 1 ks

K800.0630





Závěsná šňůrka, 1 ks

Taška k uskladnění odsávačky Swing, 1 ks

Hadička Swing, 1 ks
K800.0843



Motor, 1 ks
K099.0015



System Calma, 1 ks
K008.0146



Víceúčelové víčko Calma, 1 ks



Síťový adaptér, 1 ks
K099.0016

5. Čištění



Upozornění

- I K čištění používejte výhradně pitnou vodu.
- I Odsávačku rozeberte a všechny části odsávačky, které přicházejí do kontaktu s prsem a mateřským mlékem, čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.

90



Poznámka

- I Odsávačka nevyžaduje žádnou údržbu.
- I Dávejte pozor, abyste během čištění nepoškodili části odsávačky.
- I Pokud myjete jednotlivé komponenty odsávačky v myčce nádobí, potravinářská barviva mohou díly zbarvit. Na funkci dílů to nemá žádný vliv.

5.1 Před prvním použitím a po každém použití



Rozeberte odsávačku na jednotlivé díly.



Oplachujte po dobu 10–15 sekund všechny díly čistou studenou vodou (přibl. teplota 20 °C).



Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibl. teplota 20 °C).



Umyjte důkladně všechny díly v teplé mýdlové vodě (přibl. teplota 30 °C).



Osušte čistou utěrkou nebo nechte vyschnout na čisté utěrce.

nebo



Alternativa ke krokům 2, 3 a 4

Pokud myjete jednotlivé díly odsávačky v myčce nádobí, umístěte je do horního patra nebo do přihrádky na příbory.

5. Čištění



Upozornění

- I K čištění používejte výhradně pitnou vodu.
- I Odsávačku rozeberte a všechny části odsávačky, které přicházejí do kontaktu s prsem a mateřským mlékem, čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.

5.2 Před prvním použitím a jednou denně



Další informace naleznete na str. 90, v kap. 5.1, kroky 2–4.

Rozeberte odsávačku na jednotlivé díly.

92



Poznámka

- I Přidáním čajové lžičky kyseliny citrónové do vařící vody zamezíte usazování vodního kamene.
- I Uskladněte odsávačku do čistého sáčku nebo krabičky až do příštího použití. Nebo ji uložte do čistého papíru nebo utěrky.

2c



Sáčky QuickClean* použijte v mikrovlnné troubě podle pokynů.

2a



nebo

2b



nebo

Ponořte všechny díly do vody a nechte je 5 minut vařit.

Použijte parní sterilizátor B-Well* podle pokynů.

93

5.3 Čištění motoru

3



Osušte čistou utěrkou nebo nechte vyschnout na čisté utěrce.

1



Otřete čistou, navlhčenou utěrkou.

*Další informace naleznete na www.medela.com

6. Příprava na odsávání



Výstraha

I re 6.1 Provoz na síťové napájení:

Přesně dodržujte pořadí kroků.

- I Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s odsávačkou mateřského mléka Swing.
- I Zkontrolujte, zda napětí uvedené na síťovém adaptéru odpovídá napětí sítě.

6.1 Provoz na napájení ze sítě



Zapojte šňůru síťového adaptéru do motoru.



Informace

I re 6.2 Provoz na baterie:

Při použití síťového adaptéru během odsávání není potřeba baterie vyjmout.

- I Pravidelně kontrolujte stav baterií v motoru.
- I Pokud nebudete odsávačku Swing používat delší dobu, baterie vyjměte.
- I Baterie vydrží dvě až tři odsávání (přibližně 1 ½ hodiny provozu).

6.2 Provoz na baterie



Otevřete kryt baterií na zadní straně posunutím ve směru šipky.

2



Zapojte síťový adaptér do el. zásuvky.

2



Vložte čtyři baterie typu AA Mignon LR6.

3



Vraťte na místo kryt baterií.

6. Příprava na odsávání



Upozornění

I Než se dotknete prsu a částí odsávačky, důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem (alespoň po dobu 1 minuty).



Poznámka

- I Používejte pouze originální příslušenství Medela.
- I Před použitím zkontrolujte, zda části odsávací soupravy nejsou opotřebené nebo poškozené, a v případě potřeby je vyměňte.
- I Během spojování a rozpojování držte hadičku za spojku.
- I Před použitím je potřeba všechny komponenty úplně vysušit.



Informace

I Provádějte všechny kroky pečlivě a sestavte odsávačku správně. Jinak by pravděpodobně nebylo dosaženo dostatečné intenzity vakua.

6.3 Sestavení odsávačky




Opatrně nasadte prsní nástavec na hlavu ventilu.



Našroubujte láhev na hlavu ventilu.

2



Opatrně zatlačte membránku do ventilu až na doraz.

3



Nasaďte ventil s membránou na hlavu ventilu.

→ Otočte ventil do **boku**.

5



S mírným otočením zasuňte žlutou spojku hadičky do hlavy ventilu.

6



Druhý konec hadičky zasuňte do motorku.

7. Odsávání



Upozornění

I re krok 2 (kap. 7.1):

Odpovězte na následující otázky, abyste zjistili vhodnou velikost prsního nástavce:

- I Má bradavka v nástavci dostatek prostoru k pohybu?
- I Je tkáň prsního dvorce během odsávání vtahována do nástavce jen minimálně nebo vůbec?
- I Pozorujete při každém cyklu odsávací jemný, rytmický pohyb prsu?
- I Máte pocit celkového vyprázdnění prsu?
- I Je vaše bradavka bezbolestná?

Pokud zní odpovědi na všechny tyto otázky „Ne“ nebo pokud máte při odsávání potíže nebo pociťujete bolest, poraďte se s laktační poradkyní nebo porodní asistentkou.



Poznámka

I re krok 2 (kap. 7.1):

Nedržte odsávacíku za láhev. Mohlo by dojít k zablokování mlékovodů a nalití prsu.

- I Otřete prs žínkou namočenou v teplé vodě (nepoužívejte alkohol).

7.1 Příprava na individuální odsávání



Umístěte prsní nástavec na prs tak, aby bradavka byla **uprostřed** nástavce.

7.2 Odsávání mateřského mléka



Zapněte odsávacíku tlačítkem



- Stimulační fáze trvá max. dvě minuty. Potom se odsávacíku mateřského mléka automaticky přepne z fáze stimulace do fáze odsávání.


2



Přidržte prsní nástavec na prsu palcem a ukazováčkem. Podepřete prs dlaní ruky.

2





Pokud začne mléko vytékat dříve, stisknutím tlačítka  zapněte fázi odsávání.

→ Zkontrolujte, zda mléko správně odtéká do láhve.

3



V obou fázích je možné upravit intenzitu vakua. Příjemné vakuum: Pomocí tlačítka  zvyšujte intenzitu vakua až do okamžiku, kdy bude odsávání mírně nepříjemné. Potom stisknutím příslušného tlačítka  vakuum nepatrně snižte.

7. Odsávání



Upozornění

I Pokud odsajete jen málo mléka nebo vůbec žádné mléko, nebo pokud je odsávání bolestivé, obraťte se na porodní asistentku nebo na laktační poradkyni.



Poznámka

I Po dokončení odsávání vždy odpojte odsávačku mateřského mléka Swing od el. sítě.
I Naplňujte láhev jen po značku 150 ml.



Informace

I Pokud je odsávačka Swing zapnutá 30 minut bez jakékoliv manipulace, automaticky se vypne.
I Během odsávání nemačkejte hadičky.

Přehled stavů kontrolky

svítí	Zapnuto
nesvítí	Vypnuto
pravidelné blikání	Fáze stimulační
trvale svítí	Fáze odsávání
rychle bliká	Min./Max. vakuum

4



Vypněte odsávačku tlačítkem .

5



Používejte stojánek, aby se láhev nepřevrhla.

6



Uzavřete láhev víčkem.

→ Postupujte podle pokynů v kap. 8 Skladování a rozmrazování mateřského mléka.

Čistěte podle pokynů v kap. 5, str. 90.

8. Skladování a rozmrazování mateřského mléka

8.1 Skladování

Pro zdravé, donošené děti:

	Pokožová teplota	Chladnička	Mrazicí oddíl	Mraznička
Čerstvě odsáté mléko	Neskladujte při pokojové teplotě	3–5 dnů při 4 °C	6 měsíců při teplotě přibližně –16 °C	12 měsíců při teplotě přibližně –18 °C
Rozmražené mléko (předtím zmražené)	Neskladujte	10 hodin	Po rozmrazení znovu nezmrazujte!	

I Neskladujte mléko ve dveřích chladničky. Místo toho zvolte nejchladnější místo v chladničce (nad oddílem pro zeleninu).

8.2 Zmrazení

I Nikdy neplňte láhve nebo sáčky Pump & Save do více než $\frac{3}{4}$ objemu kvůli možnému rozpínání mléka.

I Láhve nebo sáčky Pump & Save označte štítkem s datem odsávání mléka.

8.3 Rozmrazování



Výstraha

Zmražené mléko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnné troubě nebo v nádobě s vařící vodou (nebezpečí popálení).

I Pro zachování složek mateřského mléka rozmrazte ponecháním přes noc v ledničce nebo držte láhev nebo sáček Pump & Save pod tekoucí teplou vodou (max. 37 °C).

I Láhev nebo sáček Pump & Save jemně protřepte, aby došlo ke smíchání oddělených tuků.

I Pomocí ohřívače láhví B-Well* lze mateřské mléko a dětskou stravu ve skleněných nádobách šetrně ohřát, takže nedojde ke ztrátě vitamínů a živin.

9. Podávání mateřského mléka

i Informace

Medela doporučuje pro podávání mateřského mléka Calmu*.

S Calmou


- I může vaše dítě pít mléko, odpočívat a dýchat dle vlastního rytmu;
- I mléko teče jen tehdy, když se vytvoří vakuum;
- I se tok mléka zastaví, když se dítě potřebuje nadechnout nebo si odpočinout;
- I si vaše dítě uchová přirozené návyky při kojení a je tak podpořen snadný návrat k sání z prsu.

Na základě komplexního výzkumu společnost Medela jako jedna z prvních na světě zakomponovala chování dětí při kojení do inovací technologie 2-Phase Expression (2-fázového odsávání) a systému Calma. Technologie 2-Phase Expression (2-fázového odsávání) napodobuje přirozený rytmus sání dítěte, takže je možné odsát větší množství mléka za kratší dobu. Krátká, rychlá stimulace je následována pomalejším odsáváním, čímž je zajištěn optimální průtok mléka. Unikátní savička Calma umožňuje dítěti, aby se při sání pravidelně nadechovalo a odpočívalo, a pomáhá mu zachovat si přirozený způsob sání naučený při kojení z prsu. Vyvinuto pro matku a dítě pro šťastné kojení.





Calma – unikátní řešení pro podávání mateřského mléka

Podrobné informace o lahvičce Calma naleznete v příloženém návodu.



10. Řešení problémů

Problém	Řešení
Jestliže motor neběží	Zkontrolujte napájení z el. sítě. Zkontrolujte polohu baterií.
Jestliže je sání slabé nebo žádné	Zkontrolujte, zda jsou ventil i membrána čisté a nepoškozené. Zkontrolujte, zda je membrána správně nasazena na ventilu. Zkontrolujte, zda je ventil v požadované boční poloze. Zkontrolujte všechna propojení. Zkontrolujte, zda jsou konce hadičky správně připojeny k zadní straně nástavce a ke zdířce v odsávačce. Během odsávání nemačkejte hadičky. Zkontrolujte, zda je prsní nástavec správně přiložen k prsu po celém svém obvodu (správně těsní).
Pokud je v hadičce vlhkost	Propláchněte hadičku. Vytřepejte z hadičky kapky vody. Zavěste ji a nechte uschnout.
Pokud do hadičky vnikne mléko	Odsávačku vypněte a odpojte ze sítě. Odpojte a vyčistěte hadičku. Vytřepejte z hadičky kapky vody, zavěste ji a nechte uschnout.
Jestliže se mléko dostane do odsávačky	Odsávačku vypněte a odpojte ze sítě. <ol style="list-style-type: none"> Odejměte ochranný kryt baterií a vyjměte pěnovou vložku. Vložku vyperte v čisté vlažné vodě a řádně vyždímejte. Nechte zcela vysušit. Do nádoby nalijte přibližně 200 ml vody nebo lihu. K odsávačce připojte hadičku a síťový kabel. Podržte odsávačku otočenou ovládacím tlačítkem nahoru nad umyvadlem a zapněte ji. Stiskněte tlačítko  a dvojitým stisknutím tlačítka  zajistěte, že bude nastavena nejnižší intenzita vakua. Druhý (volný) konec hadičky držte v nádobce s připravenou vodou nebo lihem. Kapalina se nasaje hadičkou do odsávačky. Nechte odsávačku běžet tak dlouho, dokud nevyteče všechna voda. Celý postup opakujte ještě jednou s 100 ml čisté teplé vody. Poté nechte odsávačku zapnutou další 3 minuty, aby došlo k jejímu úplnému vysušení. Jakmile je vložka zcela suchá, vložte ji zpět a zavřete kryt baterií. Podle potřeby vyčistěte soupravu odsávačky dle pokynů v části „Před prvním použitím a následně 1x denně“.

11. Záruka/likvidace

Záruka

Podrobné informace o záruce naleznete v brožuře Mezinárodní záruka.

Likvidace



Přístroj je vyroben z různých kovů a umělé hmoty. Před likvidací musí být přístroj vyřazen z provozu a nesmí být zlikvidován jako netříděný odpad na městské skládce. Přístroj může být zlikvidován pouze v souladu s místními předpisy. Dodržujte místní předpisy systému sběru a likvidace elektrického odpadu i elektronického zařízení (včetně baterií). Nesprávná likvidace může mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

12. Kompletní péče během kojení

Následující příslušenství pro odsávačku mateřského mléka Swing lze objednat u distribučních partnerů společnosti Medela uvedením obj. čísla.

Náhradní díly

Obj. číslo	Produkt
099.0016	Síťový adaptér Swing (230 V; 4,8 V) Euro
099.0017	Síťový adaptér Swing (240 V; 4,8 V) UK
099.0019	Síťový adaptér Swing (120 V; 4,8 V) US / JP
099.0018	Síťový adaptér Swing (240 V; 4,8 V) AUS / NZ
099.0015	Motor Swing
800.0843	Hadička Swing

Příslušenství

Obj. číslo	Produkt
K200.0571	Prsní nástavec PersonalFit S (21 mm)
K800.0711	Prsní nástavec PersonalFit L (27 mm)
K800.0712	Prsní nástavec PersonalFit XL (30 mm)
K800.0854	Prsní nástavec PersonalFit XXL (36 mm)
008.0073	Láhev na mateřské mléko (150 ml) (3 ks)
008.0075	Láhev na mateřské mléko (250 ml) (2 ks)
008.0146	Systém Calma
200.1756	Chladicí taška
200.0625	Taška na odsávačku CityStyle

Další produkty Medela jsou k dispozici na webu www.medela.com.

* Pokud je výsledek odsávání neuspokojivý nebo je odsávání bolestivé, obraťte se na porodní asistentku nebo laktační poradkyni. Při použití jiné velikosti prsního nástavce PersonalFit™ může být odsávání příjemnější a efektivnější.



Péče o prsy

Odsávání mateřského mléka

Výzkum založený na zkušenostech

Vzdělávání

Expertíza

Servis

Inovace

Profesionálové

Podávání mateřského mléka


Sběr

Uchování a podávání mateřského mléka


14. Technical specifications




vacuum (approx.)
 -15....-295 mmHg
 -2....-39 kPa
 45 ... 120 cpm




In	Out
100-240V~ 50/60Hz 230-240V~ 50Hz AUS/NZ only	4.8V --- 0.6/1.2A






4 x 1.5V, Alkaline
 AA, Mignon, LR6




121 x 121 x 57




300 g 
 200 g 




Operation
 Эксплуатация
 Üzembe helyezés
 Provoz
 Çalıştırma
 Praca




Transport / Storage
 Транспортировка / Хранение
 Szállítás/tárolás
 Přeprava / Skladování
 Nakliyat / Saklama
 Transport / Przechowywanie



Operation
 Эксплуатация
 Üzembe helyezés
 Provoz
 Çalıştırma
 Praca



Transport / Storage
 Транспортировка / Хранение
 Szállítás/tárolás
 Přeprava / Skladování
 Nakliyat / Saklama
 Transport / Przechowywanie



kPa



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Medela Polska Sp. z o.o.

Ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Poland
Phone +48 22 864 38 65
Fax +48 22 865 12 50
biuro@medela.pl
www.medela.pl

OOO Medela

Vavilova str. 97, entrance 3
117335 Moscow
Russia
Phone +7 (495) 980 6194
Fax +7 (495) 980 6194
info@medela-russia.ru
www.medela-russia.ru